

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 24997-18

Срок действия утверждения типа до 20 сентября 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы растворенного кислорода МАРК-302

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО "ВЗОР"),
г. Нижний Новгород

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ВР29.00.000РЭ (приложение А)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для исп. МАРК-302Т и МАРК-302Э; 2 года - для
исп. МАРК-302М

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 августа 2023 г. N 1675
(с учетом изменений, внесенных приказом от 9 февраля 2024 г. N 352).

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E9C42A3360155561666DB4E2ED5F7B52
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 18.12.2023 до 12.03.2025

А.М.Кузьмин



«12» февраля 2024 г.